

ergofluid Elektroden-Kontaktgel

**Hersteller:** Pharmaceutical Innovations, Inc.  
897 Frelinghuysen Avenue, Newark, New Jersey 07114-2195

**Originalbezeichnung:** Spraytrode – Leitfähiges EKG Elektrodenspray  
Produkt-Code NDC-36-3300-25 und NDC-36-3300-04

**Inhaltsstoffe:** aufbereitetes Wasser  
leitfähige Salze  
1,2 - propanediol  
Phosphat-Salze  
F, D und C Blau #1

**Spezifikation:**

Dichte	1,025 gr/ml	bei 20° C
Widerstand	26 +/- 3 Ohm	bei 25° C
pH	6,6 +/- 0,25	bei 25° C
Form	dünflüssig, Viskosität näherungsweise wie Wasser	
Geruch	keiner	
Farbe	hellblau	
Transparenz	klar	

**ergoline GmbH**  
Lindenstrasse 5  
72475 Bitz  
Tel.: 07431-9894-0  
Fax: 07431-9894-128  
email: info @ ergoline.com

Stand 01/2016